



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00

FAX 599-15-02

Warszawa, 11.01.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na **dostawę elektrod igłowych koncentrycznych wraz z akcesoriami**
Postępowanie znak DZP/270/181/16

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Pkt. 5:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę uziemiającą opaskową velcro o długości 18,5 cm, z odłączanym przewodem o długości 150 cm, wtyk TP 1,5 mm, niesterylną, wielorazową, 1 op. = 1 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 2

Pkt. 7:

Czy Zamawiający ma na myśli elektrody samoprzylepne jednorazowe, powierzchniowe, obszar rejestracji 4 x 7 mm, wraz z kablem 8 cm, niesterylne, 1 op. = 50 szt.?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 3

Pkt. 9:

Czy Zamawiający dopuści kabel ekranowany do koncentrycznych jednorazowych elektrod igłowych, długość 1,5 m - niezbędny do elektrod z poz. 1, 2, 3, niesterylny, wielorazowy, 1 op. = 1 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 4

Pkt. 10:

Czy Zamawiający dopuści kabel ekranowany do koncentrycznych jednorazowych elektrod igłowych, długość 1,5 m - niezbędny do elektrod z poz. 1, 2, 3, niesterylny, wielorazowy 1 op. = 1 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 5

Pkt. 12:

Czy Zamawiający dopuści elektrody do odbioru pojedynczego włókna mięśniowego, długość 25 mm, 27G, niesterylne, wielorazowe, 1 op. = 1 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 6

Pkt. 12:

Zamawiający w pozycji 12 opisał produkt jako: „Elektrody do odbioru włókna mięśniowego, dł. 40 mm, 26G, sterylne, wielorazowe.”

Elektrody igłowe wielorazowe należy sterylizować przed każdym użyciem i są one sprzedawane jedynie jako niesterylne.

Czy Zamawiający dopuści elektrody do odbioru włókna mięśniowego, dł. 40 mm, 26G, niesterylne, wielorazowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

UWAGA! Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Formularza Cenowego w/w zakresie. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu Cenowym opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z zaoferowanym asortymentem.

W związku z udzieloną odpowiedzią, na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

mgr Beata Kierzkowska