

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**
02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a



DYREKTOR NACZELNY	599-15-00
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH	599-15-10
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH	599-15-20
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	599-15-30
GŁÓWNY KSIĘGOWY	599-22-20

CENTRALA 599-10-00	FAX	599-15-02
DZP.262.181.2017	Warszawa, dn. 29.12.2017r.	

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą automatycznej stacji roboczej.

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania do dostawy przedmiotu zamówienia opisu parametrów technicznych oraz wyposażenia dostarczanego przedmiotu zamówienia i wykazu autoryzowanych punktów serwisowych, jeżeli zostaną dołączone do oferty?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania materiałów informacyjnych, lecz nie jest wymagane dołączenie ich do oferty. Wykonawca zgodnie z zapisem SIWZ Rozdz. IV pkt. 2 ppkt. 2.2 dostarczy w/w materiały na każde żądanie Zamawiającego.

Pytanie nr 2: dotyczy umowy

Par. 9 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3: dotyczy umowy

Par. 9 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 72 godzin w dni robocze?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4: dotyczy umowy

Par. 9 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku braku możliwości wykonania oznaczeń w terminie dłuższym niż 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może zlecić wykonywanie badań innemu ośrodkowi, a różnicą w poniesionych kosztach wynikających z ceny określonej w umowie oraz kosztem wykonania badań na zewnątrz, obciąży Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5: dotyczy umowy

Par. 13 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych?

Odpowiedź:

Tak. W odpowiedzi na powyższe pytanie zamawiający modyfikuje §13 ust. 1 w następujący sposób:

„W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy, określonego w §1 ust. 1 pkt 1) na wolny od wad - w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnej reklamacji Zamawiającego.”

Pytanie nr 6: dotyczy umowy

Par. 14 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z przyczyn leżących po jego stronie, z dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego poza terminy określone w części dotyczącej warunków dostawy (par. 6 ust. 1) i reklamacji (par. 13 ust. 1), Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki. W przypadku opóźnienia w realizacji reklamacji Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości reklamowanego towaru dostarczonego w zwłoce, za każdy dzień opóźnienia”?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 7: dotyczy umowy

Par. 14 ust. 1 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy Zamawiający wyjaśni co ma na myśli poprzez użycie sformułowania „ 0,2% wartości netto niewykonanej części umowy”, tzn. czy Zamawiający ma na myśli wartość każdorazowej dostawy czy łączną wartość całego kontraktu?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wyjaśnienie powyższej kwestii. W ocenie Wykonawcy użyte sformułowanie można rozumieć w sposób dwojaki tj. jako karę obliczaną od wartości każdorazowego zamówienia (co jest powszechnie stosowane w obrocie gospodarczym) lub używając wykładni literalnej jako kara liczona od całej wartości kontraktu. Dla uniknięcia niejasności i nieporumień do jakich mogłoby w przyszłości dojść na tej płaszczyźnie prosimy o zajęcie stanowiska i udzielenie wyjaśnień.

Odpowiedź:

Zamawiający rozumie zapis w znaczeniu leksykalnym.

Pytanie nr 8: dotyczy umowy

Par. 14 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1 wartości netto miesięcznego czynszu dzierżawnego?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 9: dotyczy umowy

Par. 14 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 10: dotyczy umowy

Par. 14 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 11:

Dotyczy wymaganych terminów realizacji, pkt. 3, ppkt 3.3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy przedmiotu dzierżawy wraz jego instalacją i szkoleniem personelu do 8 tygodni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12:

Dotyczy przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2, pozycja 3 i 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów w formie zestawu zawierającego komplet odczynników umożliwiających ilościowe oznaczenie DNA wirusa HSV1, HSV2 oraz VZV w indywidualnych reakcjach Real-Time PCR – Zestaw HSV1 HSV2 VZV R-gene Kit?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 13:

Dotyczy przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2, pozycja 8:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu w formie zestawu zawierającego komplet odczynników umożliwiających wykrycie więcej niż jednego wirusa w indywidualnych reakcjach Real-Time PCR - Zestaw CMV HHV 6,7,8 R-gene Kit, z możliwością zakupu również osobnych mieszanin reakcyjnych do w/w testu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 14:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3, pkt F, ppkt 1:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie testu do wykrywania i określenia ilości Parvovirusa B19 w następujących materiałach: krew pełna, osocze, surowica, szpik kostny, osocze powstałe ze szpiku kostnego (po jego odwirowaniu), tzw. medullary plasma?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 15:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia: automatyczna stacja robocza do izolacji kwasów nukleinowych, pkt 10:


Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego możliwość podłączenia modułu komunikacji LIS (Laboratory Information System), nieuwzględnionego w niniejszej ofercie? Tym samym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu dotyczącego terminu realizacji dostawy przedmiotu dzierżawy (pkt 3, ppkt. 3.3), wyłączając z niego obowiązek podłączenia urządzenia do systemu LIS na etapie dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji parametrów zamieszczonych w SIWZ w w/w zakresie, jednak dopuszcza możliwość późniejszej instalacji nakładki na oprogramowanie, umożliwiającej komunikację z systemem LIS.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w zakresie.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Beata Klerzkowska