

Część nr 1 - Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej										
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość jednostkowa netto (A x B)	Stawka VAT %	Wartość jednostkowa brutto (A x D)	Wartość brutto (A x E)	Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod producenta, certyfikat CE.	Uwagi
			A	B	C	D	E	F	G	H
1	<u>Parametry techniczne:</u> Koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. <u>Zawiera:</u> introduktor, dylator, przewód 0,018" - 0,025" odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 20G-22G Długość 7 - 11 cm Średnica 4F – 7F Długość przewodu 40 - 50 cm Przewód ze stali nierdzewnej Dostępny przewód z prostą końcówką lub „J” Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną Ramię boczne zakończone kranikiem Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego Dylator z zatrzaskiem Rozmiary kodowane kolorami Duże światło wewnętrzne	szt.	500							
Razem brutto										

Oferujemy termin dostawy/uzupełnienia magazynu:..... dni roboczych (max. 3 dni robocze)

Niewskazanie przez Wykonawcę terminu dostawy oznacza zaoferowanie terminu maksymalnego wskazanego w SIWZ

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

Część nr 2 - Cewnik termodylucyjny do tętnicy płucnej typu Swan-Ganza										
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość jednostkowa netto (A x B)	Stawka VAT %	Wartość jednostkowa brutto (A x D)	Wartość brutto (A x E)	Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod producenta, certyfikat CE.	Uwagi
			A	B	C	D	E	F	G	H
1	<u>Parametry techniczne:</u> Rozmiar 7 – 8 Fr x 110 cm, 5-światłowy, heparynizowany wyposażony w balonik na końcu cewnika z komorą testowania szczelności, strzykawka 1,5 ml do napełniania balonika powietrzem. osłonka na cewnik umożliwiającą swobodne manewrowanie i późniejsze przemieszczenie, cewnik z wbudowanym czujnikiem temperatury iniektatu.	szt.	150							umowa dostawy częściowej
Razem brutto										

Oferujemy termin dostawy/uzupełnienia magazynu:..... dni roboczych (max. 3 dni robocze)

Niewskazanie przez Wykonawcę terminu dostawy oznacza zaoferowanie terminu maksymalnego wskazanego w SIWZ

.....
 Podpis i pieczęć osoby/osób
 uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

Część nr 3 - prowadnice do pomiaru gradientu przez zwężenie bez konieczności wywołania hiperemii										
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość jednostkowa netto (A x B)	Stawka VAT %	Wartość jednostkowa brutto (A x D)	Wartość brutto (A x E)	Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod producenta, certyfikat CE.	Uwagi
			A	B	C	D	E	F	G	H
1	Prowadnice do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR/iFR) umożliwiające pomiar istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywołania hiperemii dostępne dwie długości prowadnic 185 cm i 300 cm końcówka prosta i zakrzywiona „J” czujnik w odległości 3 cm od części dystalnej średnica 0.014” (0.36 mm) pokrycie hydrofilne w części dystalnej i PTFE w części proksymalnej przewodnik umożliwia pomiar istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywołania hiperemii	szt.	50							umowa komisowa
Razem brutto										

Oferujemy termin dostawy/uzupełnienia magazynu:..... dni roboczych (max. 3 dni robocze)

Niewskazanie przez Wykonawcę terminu dostawy oznacza zaoferowanie terminu maksymalnego wskazanego w SIWZ

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

Część nr 4 - cewnik balonowy uwalniający lek (paklitacsel)										
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość jednostkowa netto (A x B)	Stawka VAT %	Wartość jednostkowa brutto (A x D)	Wartość brutto (A x E)	Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod producenta, certyfikat CE.	Uwagi
			A	B	C	D	E	F	G	H
1	<u>Parametry techniczne:</u> Cewnik balonowy uwalniający paclitacsel (DEB) <u>Dane techniczne:</u> cewnik balonowy pokryty paclitacselem (dawka 3 mg/mm ²) dostępne długości balonu: 10 - 40 mm dostępne średnice: 1.50 - 4.0 mm ciśnienie nominalne: 6-8 atm, ciśnienie RBP: 14-16	szt.	10							umowa komisowa
Razem brutto										

Oferujemy termin dostawy/uzupełnienia magazynu:..... dni roboczych (max. 3 dni robocze)

Niewskazanie przez Wykonawcę terminu dostawy oznacza zaoferowanie terminu maksymalnego wskazanego w SIWZ

.....
 Podpis i pieczęć osoby/osób
 uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy