

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

DZP.262.101.2019

Stół zabiegowy szt. 1

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
1	Stół zabiegowy szt.1
2	Błat stołu jednoczęściowy, wykonany z włókna węglowego, umożliwiający wykonywanie zdjęć RTG pacjenta oraz jego monitorowanie przy pomocy ramienia C
3	Elektrohydrauliczny oraz elektromechaniczny napęd ruchów
4	Funkcje wspomagane przez układ elektrohydrauliczny, sterowane za pomocą pilota przewodowego: - regulacja wysokości - przechyły wzdłużne: Trendelenburg /anty- Trendelenburg - przechyły boczne - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku
5	Pilot przewodowy z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji, ulegający dezaktywacji po upływie 30 sekund. Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe informujące o stanie naładowania baterii.
6	Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny/ lub pilot bezprzewodowy wyposażony w funkcje jak na pilocie przewodowym. Panel z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji.
7	Pilot wyposażony w przycisk zmiany orientacji blatu oraz funkcję poziomowania blatu za pomocą jednego przycisku
9	Sygnał dźwiękowy informujący o rozładowaniu baterii
10	Płynna, wielokierunkowa regulacja ruchów blatu, z możliwością regulacji prędkości przesuwu za pomocą joysticka sterującego
11	Długość blatu min. 2350 mm
12	Całkowita szerokość blatu min. 550 mm
13	Pozycja minimalna stołu (bez materaca) max 780 mm (liczona od podłogi do górnej powierzchni blatu).
14	Pozycja maksymalna stołu (bez materaca) nie niższa niż 1200 mm (liczona od podłogi do górnej powierzchni blatu).
15	Regulacja przechyłów wzdłużnych: Trendelenburga/anty- Trendelenburga min. $\pm 30^{\circ}$ ($\pm 5^{\circ}$)
16	Regulacja przechyłów bocznych min. $\pm 25^{\circ}$ ($\pm 5^{\circ}$)
17	Regulacja przesuwu wzdłużnego min. 400 mm
18	Regulacja przesuwu poprzecznego min. 240 mm
19	Obszar prześwietlany dla promieni RTG na długości min.1700 mm

20	Min. 3 koła jezdne o wymiarach min. 100 mm zabudowane w podstawie nie wystające poza jej obrys. Podstawa w kształcie litery T wyposażona w minimum jedno koło obrotowe, zapewniająca dobre własności jezdne
21	Podstawa jezdna o wymiarach max.1000 mm x 580 mm
22	Blokada podstawy stołu za pomocą 4 wysuwanych stopek.
23	Elementy konstrukcyjne oraz zewnętrzne osłony stołu wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się osłony przegubu z tworzyw sztucznych.
25	Stół wyposażony: - w miękki materac szyty, szczelny (zgrzewany ultradźwiękowo), z pamięcią kształtu, o właściwościach przeciwdoleżynowych, odejmowany z blatu stołu. Grubość materaca min. 30 mm - Podpora pod rękę szt.1 montowana do blatu stołu na przegubie kulowym - Parawan/Ekran anestezjologiczny z uchwytem min. Jednopozycyjnym montowany do blatu stołu
26	Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu min. 180 kg
27	Masa stołu max. 350 kg
28	Napięcie zasilania 230V/ 24 V
29	Podstawa stołu wyposażona w złącze wyrównania potencjału

UWAGA!: Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów technicznych wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający informuje, że w przypadku użycia, w którymkolwiek miejscu SIWZ (w tym załączniki do SIWZ-u) zapisów opisujących przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania i normy równoważne. Ponadto w przypadku użycia w którymkolwiek miejscu SIWZ znaków towarowych nazw wyrobów, producentów itp., Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, materiałów, wyrobów równoważnych.