



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Znak sprawy: DZP.262.225.2019

Warszawa, dnia 05.12.2019 r.

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: Postępowanie nr DZP.262.225.2019 – Dostawa aparatu RTG z ramieniem C, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi urządzenia dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM – zakup finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, w związku z wpływieniem zapytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Szanowni Państwo,

Chciałbym przedstawić Państwu ofertę na przyrządy do kontroli jakości aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej.

Jak zapewne Państwo wiecie, obowiązek wykonywania przez pracowników jednostek ochrony zdrowia tzw. testów podstawowych, wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 884). Ich szczegółowy zakres, określa załącznik nr 6 do wyżej wymienionego rozporządzenia. Po nowelizacji w/w Rozporządzenia zestawy do kontroli jakości są jeszcze bardziej atrakcyjne pod względem cenowym w porównaniu z usługą.

Moment zakupu aparatu diagnostycznego jest doskonałym momentem na zakup sprzętu do kontroli jakości, której koszt jest nieporównywalnie mały względem cen takich urządzeń jak tomograf, rezonans czy zwykły aparat rentgenowski. Bardziej opłacalny, z finansowego punktu widzenia, jest zakup sprzętu do kontroli jakości, niż zlecanie wykonywania testów wyspecjalizowanym podmiotom. Dodatkowo, dokonanie stosownych zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz rozszerzenie przedmiotu zamówienia o przyrządy do kontroli jakości wiąże się w ogólnym rozrachunku z pokaźnymi oszczędnościami po stronie Zamawiającego.

Jako jedyny Polski producent sprzętu do testowania aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej oraz radioterapii mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę na zestawy do wykonywania wszystkich testów podstawowych różnych aparatów diagnostycznych (radiografia, mammografia i tomografia komputerowa, zależnie czego Państwo potrzebujecie).

Zapraszam do obejrzenia filmiku prezentującego nasze rewolucyjne oprogramowanie Pro-Control, wchodzące w skład zestawów, które ujednolici i zautomatyzuje kontrolę jakości we wszystkich pracowniach diagnostycznych od stomatologii, przez radiografię i mammografię, po tomografię komputerową, rezonans magnetyczny i medycynę nuklearną:

[www\[.....\].youtube.pl](http://www[.....].youtube.pl)

Cała kontrola jakości w jednym miejscu.

Siedziba: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
NIP: 522-00-02-529, REGON: 000288975
KRS: 0000073036
tel. 22 5991702, fax 22 5991704
e-mail: zp@spcsk.pl
www.uckwum.pl

Zakłady lecznicze UCK WUM:

- Centralny Szpital Kliniczny / Przychodnia Specjalistyczna Banacha,
ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie /
Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091
Warszawa
- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / Przychodnia Specjalistyczna Lindleya,
ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa

Więcej na: [www\[.....\]_youtube.pl](http://www[.....]_youtube.pl) gdzie można pobrać wersję demonstracyjną oprogramowania. Zachęcam do rozważenia zakupu sprzętu do kontroli jakości, który nie tylko pozwoli spełnić wymagania prawne, ale i da Państwu pewność, że cała aparatura diagnostyczna stale funkcjonuje prawidłowo i gwarantuje najwyższą jakość diagnostyki w Państwa pracowniach obrazowych. W razie pytań proszę o kontakt.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Opisany w SIWZ przedmiot zamówienia spełnia założone przez Zamawiającego cele, w związku z powyższym nie ma potrzeby rozszerzenia przedmiotu postępowania o dodatkowe produkty.

Pytanie 2:

W związku z dostawą aparatu RTG prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga dostarczenia licencji, ponieważ posiada nieograniczoną liczbę licencji na RIS/PACS.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy. Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych poprzez dodanie poz. 64, nadając jej brzmienie:

64.	Integracja i konfiguracja dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS	Tak	TAK/NIE
-----	---	-----	---------

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu RTG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu RTG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ.

Zmieniony Załącznik nr 2 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: <https://dzp.spcsk.pl>