

Znak sprawy: DZPUCK.262.037.2020

Warszawa, dnia 04.03.2020 r.

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: Postępowanie nr DZPUCK.262.037.2020 – Dostawa wraz z montażem 2 sztuk detektorów w aparatach rtg POLYRAD PREMIUM firmy Radiologia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, w związku z wpływieniem zapytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ

I Detektor do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z jedną lampą rtg

Pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści detektor z wielkością piksela 148 µm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści detektor z wielkością piksela 148 µm.

W związku z powyższym pkt 13 części I Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

13.	Rozmiar pojedynczego piksela nie większy niż 148µm	TAK	
-----	--	-----	--

Pytanie 2:

Dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ

I Detektor do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z jedną lampą rtg

Pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści detektor o łącznej wadze z baterią 3,6 kg ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści detektor o łącznej wadze z baterią 3,6 kg.

W związku z powyższym pkt 30 części I Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

30.	Waga detektora wraz z baterią nie większa niż 3,6kg	TAK	
-----	---	-----	--

Pytanie 3:

Dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ

I Detektor do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z jedną lampą rtg

Gwarancja i serwis gwarancyjny

Pkt. 1

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli testy specjalistyczne aparatu RTG wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego czy też chodzi o jakieś inne testy?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli testy specjalistyczne aparatu RTG wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego.

Pytanie 4:

Dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ

II Detektor do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z dwoma lampami rtg

Pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy detektor do ucyfrowienia aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z dwoma lampami rtg posiadający własną stację technika do jego obsługi?

Odpowiedź pozytywna pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jeśli oferent wyposaży aparat w stację technika umożliwiającą pełną obsługę użytkową i serwisową aparatu tak, jak w oryginalnej konfiguracji aparatu.

W związku z tym pkt 5 części II Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

5.	Pełna integracja detektora z aparatem RTG posiadany przez Zamawiającego, z zachowaniem obecnych funkcjonalności aparatu w tym interfejs do generatora WN pozwalający na obsługę za pomocą jednego monitora operatora z obsługą generatora i systemu obrazowego i pełną komunikacją pomiędzy aparatem RTG, systemem cyfrowym i detektorami lub dostarczenie <u>dodatkowej</u> stacji roboczej umożliwiającej pełną obsługę użytkową i serwisową aparatu tak, jak w oryginalnej konfiguracji aparatu.	TAK	
----	---	-----	--

Pytanie 5:

Dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ

II Detektor do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z dwoma lampami rtg

Pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści detektor z wielkością piksela 148 µm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści detektor z wielkością piksela 148 µm.

W związku z powyższym pkt 13 części II Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

13.	Rozmiar pojedynczego piksela nie większy niż 148µm	TAK	
-----	--	-----	--

Pytanie 6:

Dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ

II Detektor do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z dwoma lampami rtg

Pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści detektor o łącznej wadze z bateria 3,6 kg ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści detektor o łącznej wadze z bateria 3,6 kg.

W związku z powyższym pkt 30 części I Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

30.	Waga detektora wraz z baterią nie większa niż 3,6kg	TAK	
-----	---	-----	--

Pytanie 7:

Dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ

II Detektor do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z dwoma lampami rtg

Gwarancja i serwis gwarancyjny

Pkt. 1

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli testy specjalistyczne aparatu RTG wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego czy też chodzi o jakieś inne testy?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli testy specjalistyczne aparatu RTG wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego.

Pytanie 8:

Dotyczy: Załącznik nr 5 - wzór Umowy, § 1, pkt 4, poz. c)

„Wykonawca oświadcza, że:

(...)

c) osoby delegowane do wykonania czynności serwisowych posiadają stosowne indywidualne certyfikaty wystawione przez producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela albo niezależną jednostkę uprawnioną do szkolenia i wystawiania ww. certyfikatów w zakresie wykonywania napraw modeli urządzeń będących przedmiotem zamówienia.”

Prosimy o potwierdzenie, że wymagane certyfikaty w zakresie wykonywania napraw modeli urządzeń będących przedmiotem zamówienia dotyczą, zgodnie z przedmiotem zamówienia („Przenośne detektory - 2 szt. dedykowane do współpracy z posiadanymi aparatami RTG POLYRAD PREMIUM produkcji Radiologia SA”), oferowanych detektorów oraz aparatu RTG POLYRAD PREMIUM produkcji Radiologia SA.

Zwracamy uwagę, że Zamawiający wymaga (patrz Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu Zamówienia), aby zachodziła „pełna integracja detektora z aparatem RTG posiadanym przez Zamawiającego, z zachowaniem obecnych funkcjonalności aparatu w tym interfejs do generatora WN pozwalający na obsługę za pomocą jednego monitora operatora z obsługą generatora i systemu obrazowego i pełną komunikacją pomiędzy aparatem RTG, systemem cyfrowym i detektorami”.

Napraw aparatu RTG zintegrowanego z cyfrowym systemem obrazowym, zawierającym detektory DR, powinny dokonywać osoby legitymujące się certyfikatami w zakresie wykonywania napraw aparatu POLYRAD PREMIUM oraz certyfikatami w zakresie wykonywania napraw zastosowanego systemu obrazowego, łącznie. Jest to warunek właściwej obsługi technicznej zintegrowanego cyfrowego aparatu RTG.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:

Dotyczy: Załącznik nr 2, Detektor do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z dwoma lampami rtg, pkt 4.

Prosimy o potwierdzenie, że zachowana ma być pierwotna konfiguracja dwudetektorowa tego aparatu, z detektorem stacjonarnym 43 cm x 43 cm, zabudowanym w statywie do zdjęć odległościowych i detektorem bezprzewodowym obsługującym stanowisko stół kostny oraz ekspozycje tzw. swobodne.

Zgodnie z punktem 5 Załącznika nr 2 wymagana jest „Pełna integracja detektora z aparatem RTG posiadanym przez Zamawiającego, z zachowaniem obecnych funkcjonalności aparatu...” - aparat RTG Polyrad Premium dwustanowiskowy z dwoma lampami rtg jest aparatem dwudetektorowym.

Także z uwagi na dużą ilość wykonywanych badań wykonywanych na dwustanowiskowym aparacie RTG, z dwoma lampami rtg, zaleca się zachowanie dotychczasowej konfiguracji dwudetektorowej tego aparatu tj. jeden detektor bezprzewodowy 35x43 cm do stanowiska stół kostny oraz do ekspozycji tzw. swobodnych oraz drugi stacjonarny detektor 43x43cm do stanowiska statyw płucny.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany pkt 5 części II Opisu przedmiotu zamówienia, nadając mu brzmienie:

5.	Pełna integracja detektora z aparatem RTG posiadanym przez Zamawiającego, z zachowaniem obecnych funkcjonalności aparatu w tym interfejs do generatora WN pozwalający na obsługę za pomocą jednego monitora operatora z obsługą generatora i systemu obrazowego i pełną komunikacją pomiędzy aparatem RTG, systemem cyfrowym i detektorami lub dostarczenie <u>dodatkowej</u> stacji roboczej umożliwiającej pełną obsługę użytkową i	TAK	
----	---	-----	--

	serwisową aparatu tak, jak w oryginalnej konfiguracji aparatu.		
--	--	--	--

Pytanie 10:

Dotyczy: Załącznik nr 2, Detektor do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z dwoma lampami rtg, pkt 4.

Prosimy o wykreślenie wymogu „Możliwość zamiennego używania detektora bezprzewodowego w obu stanowiskach aparatu RTG”.

Zwracamy uwagę, że ten aparat RTG ma konfigurację dwudetektorową - stanowisko ze statywem do zdjęć odległościowych ma być obsługiwane przez stacjonarny detektor 43 x 43 cm.

Możliwość użycia detektora WiFi na tym stanowisku wymagałoby demontażu stacjonarnego detektora 43 x 43 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany poprzez wykreślenie pkt. 4 części II Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11:

Dotyczy: Załącznik nr 5, Umowa § 3 ust. 10

Prosimy o potwierdzenie, że gwarancją nie są objęte elementy zużywalne (materiały eksploatacyjne, a w szczególności akumulatory i baterie), co pozwoli na zaoferowanie długiego okresu gwarancji.

Zwracamy uwagę, iż materiały eksploatacyjne ulegają naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji urządzenia, a tym samym Wykonawca nie ma wpływu na czas ich zużycia (jest on zależny od ilości wykonanych cykli ładowań, które zależą od intensywności pracy Zamawiającego). Brak zgody, skutkuje koniecznością uwzględnienia kosztów ww. elementów/materiałów w ofercie Wykonawcy, co może skutkować przekroczeniem budżetu Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że gwarancja nie obejmuje elementów zużywalnych.

Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: <https://dzp.spcsk.pl>